

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones de uso.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones de uso.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Enkel geschikt voor gebruik door een tandheelkundige voor de vermelde toepassingen.

GERUUKSINDICATIES
Voor het controleren van de pasvorm van

- Kronen ; randen, proximale en occlusale vlakken.
- Postes prefabricados ; juiste dop of post.
- Inlays ; randen, proximale vlakken.
- Prothesen ; mucosale vlakken.

CONTRA-INDICATIES
Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten met bekende siliconen allergieën.

VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het extruderen van FIT CHECKER ADVANCED moet vermenging en/of contact met de volgende materialen nauwlettend worden vermeden: Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator voor adrukmaterialen van condensatiესiliconen, adrukmaterialen van polysulfide, eugenol bevattende materialen, zwavel, latex, olie, acrylaten, glycerol, oplosmiddelverdundingsmiddelen in spuitbus- of zalfvorm (bijv. lidocaïne).

GERUUKSAAFWIJZING
NIEUW
TUBE

Deponeer gelijk strengen basis en catalysator op het mengblok (1 cm voor 1 cm) op 23°C, 50% relatieve vochtigheid, 2-3 cm voor een volledige onderprothese, 4-5 voor een volledige bovenprothese). Meng goed gedurende 20 seconden.

Opmerkingen
a. Het overkleden van de verwerkingstijd kan vertrager worden toegeeft als hieronder aangegeven.

De vertrager welke wordt geleverd bij FIT CHECKER of FIT CHECKER II moet worden toegevoegd aan de verwerkingstijd van de verwerkingstijd.

b. Hou de tube ingedrukt totdat de dop is teruggeplaatst om te voorkomen dat er lucht in de tube wordt gezogen, dit kan ontgeming van de inhoud veroorzaken.

c. Na gebruik, de tubes afsluiten met de daarvoor bestemde doppen.

Aantal druppels vertrager op 5 cm bases en katalysator.	Verwerkingstijd	Minimuntijd in de mond
0	1 min. 10 sec.	1 min.
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	1 min.

Bij 23°C, luchtfechtigheid 50%

CARTRIDGES LADEN EN DOSEREN

1. Druk de ontgrendelhandel van de CARTRIDGE DISPENSER II op en trek de plunjer volledig terug. Klap de borpelg van de cartridgehouder omhoog en laad de cartridge en zorg ervoor dat de V-vormige inkeping in de fiens van de cartridge omhoog is gericht. Sluit de borpelg om de cartridge te laden.

2. Duw de ontgrendelhandel omhoog en schuif de plunjer naar voren tot in de cartridge.

3. Verwijder het dopje van de cartridge door deze een kwartslag tegen de klok in te draaien. Druk de hendel van de dispenser zachties in om een kleine hoeveelheid materiaal uit de openingen van de cartridge te spuitten. Controleer of basismateriaal en catalysator gelijkmatig uitkomen.

4. Richt de V-vormige inkeping in de borging van de MINGNAAL D op de V-vormige marking tussen de twee cartridgecilinders. De mengnaald steekt vast in de klem van de V-vormige marking. De mengnaald steekt kwartslag met de klok mee, vastdraaien. De dispenser is nu klaar voor gebruik.

5. Alleen 1 keren de hendel overhalen om het materiaal te extruderen. Na gebruik de mengnaald NIE verwijderen daar deze tevens als afsluiting dient totdat de cartridge opnieuw wordt gebruikt.

6. De mengnaald wordt verwijderd door de borging van de mengnaald tegen de klok in te draaien tot de V-vormige marking gelijk ligt met de cartridge. De mengnaald ligt naar beneden kantelen en eraf trekken.

6. Verwijder de oude mengnaald en plaats pas een nieuwe direct voor gebruik. Voordat een nieuwe mengnaald wordt bevestigd op een beetje basis- en katalysatormateriaal uit de openingen van de cartridge om te controleren of beiden gelijk uitstromen. Indien dit niet het geval is, maak dan de verstopte opening wijf van eventueel uitgehard materiaal.

7. Om de cartridge te vervangen duwt men de ontgrendelhandel omhoog en trekt men de plunjer volledig naar achteren. Klap de borpelg omhoog, verwijder de cartridge en plaats een nieuwe in de dispenser.

PASVORM CONTROLE

1. Breng het mengsel aan in het prothetische hulpmiddel in plaats dit materiaal in de mond. De verwerkingstijd is 1 minuut vanaf het moment van mengen bij 23°C (73°F). Hou in positie gedurende 1 minuut totdat het materiaal is uitgehard.

2. Vervang het mengsel door een daarvoor geschikt instrument. Controleer de dikte van FIT CHECKER ADVANCED om de pasvorm vast te stellen. De pasvorm is voldoende als er een uniforme dunne film aanwezig is. Als er een plak wasje of film extreem dun is, dan moet deze worden gecorrigeerd volgens standaard technieken.

3. Na beoordeling het materiaal verwijderen en de prothetische voorzoring reinigen.
Opmerking

a. Gebruik geen FIT CHECKER ADVANCED op oppervlakken die bedekt zijn met een siliconen relining materiaal daar het daarna lastig te verwijderen is.

b. FIT CHECKER ADVANCED is zeer vloeibaar. Voorkom dat het materiaal in de keel van de patiënt loopt.

c. Voorkom uitdroging van de tanden en het omliggende tandvles als FIT CHECKER ADVANCED wordt aangbracht.

d. Door de unieke chemische samenstelling van FIT CHECKER ADVANCED polymeriseert het materiaal sneller dan bij andere materialen. Het is belangrijk de tijd van uitharden te controleren.

e. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

KLEUR

WIT

OPSLAG
Voor een optimaal resultaat wordt bewaring op een donkere en koele plaats aanbevolen (15-25°C / 59-77°F).

VERPAKKINGEN
1. Tube
1-1 verpakking: 55 g (42 mL) basis, 50 g (42 mL) catalisator, 3 g vertrager, mengblok
2. Cartridge
Verpakking met twee cartridges ; Cartridge 62 g (48 mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP I SS x 3

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met slijmvliezen of huid, verwijder het materiaal en was met water.

2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.

3. Meng FIT CHECKER ADVANCED niet met componenten van andere producten.

4. Doorkom dat het materiaal op kleding komt daar het zich lastig laat verwijderen.

5. Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.

6. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.

7. Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing van het materiaal worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij:

https://www.gc.dental/europe
of
https://www.gc.dental/america

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGEN EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASBARE DOESERSYSTEEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Het is belangrijk dat de inspecteur het instrument en het label direct na gebruik te beschadigen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

NIEUW ONDERDOPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumulatie van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie control product welke voldoet aan de regionale / nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporten:
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze veiligheidsaankwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
alsi como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilancia@gc.dental

De esta forma contribuirá a mejorar la seguridad de este producto.

Informe de efectos no deseados:
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su uso, infórmenos directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su país. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
alsi como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilancia@gc.dental

De esta forma contribuirá a mejorar la seguridad de este producto.

Última revisión: 12/2024

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones de uso.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones de uso.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones de uso.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

INDICACIONES PARA USO
Para verificar el ajuste de

- Coronas ; margen, superficie proximal, superficie occlusal.
- Postes prefabricados ; ajuste del post.
- Inlays ; margen, superficie proximal.
- Protesis ; contacto de la mucosa.

CONTRAINDICACIONES
Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas a la silicona.

PRECAUCIONES

Quando extraiga FIT CHECKER ADVANCED, tenga especial cuidado para evitar que se mezcle o tome contacto con los siguientes materiales, ya que eso podría retrasar o impedir el fraguado: el catalizador de materiales de impresión de siliconas de condensación, materiales de impresión polisulfuros, materiales que contengan eugenol, sulfatos, látex, acrílico, glicerol, anestésicos de aplicación tópica en formato spray o pomada (por ejemplo, lidocaína).

INSTRUCCIONES DE USO
MEZCLA
TUBE

Vertia cantidades iguales de base y catalizador en el bloc (1 cm para coronas o inlay, 2-3 cm para prótesis parciales, 3-4 cm para prótesis completas inferiores, 4-5 cm para prótesis completas superiores). Mezcle bien durante 20 segundos. Nota:

a. Para aumentar el tiempo de trabajo, añada retardador antes de mezclar como se ha indicado. El retardador suministrado con FIT CHECKER o FIT CHECKER II para que la mezcla en forma de V ajuste con el borde del cartucho.

b. Mantener el tubo apretado hasta colocar el tapón para evitar la aire la entrada de aire en el tubo ya que esto puede provocar la separación entre el material y el tubo.

c. Después del uso, cerrar los tubos con sus tapas originales.

Número de gotas de retardador por 5 cm de base y catalizador	Tiempo de trabajo	Mínimo tiempo en boca
0	1 min.	1 min.
3	1 min. 10 seg.	1 min.
5	1 min. 20 seg.	1 min.

A 23°C, humedad 50%

CARGA DE CARTUCHO Y DISPENSADO

1. Levante la palanca de liberación del dispensador CARTRIDGE DISPENSER II y tire del embolo del pistón hacia atrás del todo del dispensador. Levante la boquilla del dispensador y cargue el cartucho.

2. Retire el cartucho de la cartucho y retire el embolo del pistón hacia atrás perfectamente.

2. Levante la palanca de liberación y empuje el embolo del pistón hasta que encaje dentro del cartucho.

3. Retire la tapa del cartucho girando 1/4 en sentido contrario a las agujas del reloj. Incline el tapón hacia abajo y retirelo del cartucho.

4. Alinee la muesca en forma de V con el borde de la punta de mezcla MIXING TIP II para que la muesca en forma de V encaje en las guías del cartucho. Apriete fuertemente para fijar la punta de mezcla.

4. Alinee la muesca en forma de V con el borde de la punta de mezcla MIXING TIP II para que la muesca en forma de V encaje en las guías del cartucho. Apriete fuertemente para fijar la punta de mezcla.

5. Apriete la palanca varias veces para dejar salir el material. Tras el uso, no retire la punta de mezcla MIXING TIP II pues funcionará como taca hasta el siguiente uso. Cuando reemplace la punta de mezcla MIXING TIP II, haga girar la cabeza de la punta 1/4 en sentido contrario a las agujas del reloj para alinear la muesca en forma de V con la boquilla del cartucho.

6. Retire la punta de mezcla usada antes del siguiente uso. Antes de poner una nueva, deje salir con cuidado una pequeña cantidad de material para asegurarse que la base y catalizador funcionan igualmente desde sus respectivas boquillas. Si el material no saliera, retire todo resto de material endurecido de las boquillas del cartucho.

7. Para sustituir el cartucho, levante la palanca de liberación y retracte el embolo del pistón por completo. Retire el cartucho vacío levantando la empuñadura del cartucho y coloque el nuevo cartucho en el dispensador.

CONTROL DE AJUSTE

1. Aplique la mezcla a la superficie interna del aparato protésico y asentar en la boca. El tiempo de trabajo es de 1 minuto desde el inicio de la mezcla a 23°C (73°F) Mantenga en posición durante 1 minuto hasta que el material fragüe.

2. Retire la prótesis utilizando un instrumento adecuado. Controlar el espesor de FIT CHECKER ADVANCED para evaluar el ajuste de la superficie protésica.

3. Evitar el contacto con el material. Si el material no saliera, retire todo resto de material endurecido de las boquillas del cartucho.

4. Para sustituir el cartucho, levante la palanca de liberación y retracte el embolo del pistón por completo. Retire el cartucho vacío levantando la empuñadura del cartucho y coloque el nuevo cartucho en el dispensador.

CONTROL DEL ADAPTAMIENTO

1. Aplicare il prodotto miscolando sulla superficie interna del manufatto protésico e procedete con il posizionamento in bocca. Il tempo di lavoro è pari a 1 minuto dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F). Tenere in posizione per 1 minuto fino all'avvenuto indurimento del prodotto.

2. Rimuovere la protesi utilizzando uno strumento idoneo. Controllare lo spessore di FIT CHECKER ADVANCED per valutare l'adattamento della protesi. Se la superficie risulta coperta uniformemente da uno strato sottile di film, l'adattamento è corretto. Se invece ci sono punti in cui il film appare estremamente sottile o eccessivamente spesso, è necessario apportare correzioni impiegando le tecniche consuete.

3. Evitare il contatto con il materiale. Se il materiale non saliera, è necessario rimuovere il materiale residuo e eccessivamente spesso, è necessario apportare correzioni impiegando le tecniche consuete.

4. Per sostituire il cartucho, levante la leva di rilascio e arretrate completamente lo stantuffo a pistone. Togliere la cartuccia vuota sollevando il porta-cartuccia e caricare una nuova cartuccia nell'erogatore.

CONTROLLO DELL'ADATTAMENTO

1. Applicare il prodotto miscolando sulla superficie interna del manufatto protésico e procedete con il posizionamento in bocca. Il tempo di lavoro è pari a 1 minuto dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F). Tenere in posizione per 1 minuto fino all'avvenuto indurimento del prodotto.

2. Rimuovere la protesi utilizzando uno strumento idoneo. Controllare lo spessore di FIT CHECKER ADVANCED per valutare l'adattamento della protesi. Se la superficie risulta coperta uniformemente da uno strato sottile di film, l'adattamento è corretto. Se invece ci sono punti in cui il film appare estremamente sottile o eccessivamente spesso, è necessario apportare correzioni impiegando le tecniche consuete.

3. Evitare il contatto con il materiale. Se il materiale non saliera, è necessario rimuovere il materiale residuo e eccessivamente spesso, è necessario apportare correzioni impiegando le tecniche consuete.

4. Per sostituire il cartucho, levante la leva di rilascio e arretrate completamente lo stantuffo a pistone. Togliere la cartuccia vuota sollevando il porta-cartuccia e caricare una nuova cartuccia nell'erogatore.

COLORE

Bianco

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ottimale, conservare in luogo fresco al riparo dalla luce (15-25°C / 59-77°F).

CONFEZIONI
1. Tubetto
Kit 1-1: 55 g (42 mL) di Base, 50 g (42 mL) di Catalizzatore, 3 g di Ritardante, Bloccetto d'impasto

2. Cartuccia
Confezione da due cartucce: 2 Cartucce 62 g (48 mL), 3 punte di miscelazione MIXING TIP II SS, 3 punte di miscelazione MIXING TIP I S

ATTENZIONE
1. In caso di contatto con i tessuti orali o la pelle, rimuovere e sciacquare con acqua.

2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e chiamare un Medico.

3. Evitare di mischiare FIT CHECKER ADVANCED con componenti di qualsiasi altro prodotto.

4. Evitare tutto contatto du materiale su les vêtements, celui-ci étant difficile à nettoyer.

5. Ne pas ingérer ce matériau.

6. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

7. Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
https://www.gc.dental/europe
ou
https://www.gc.dental/america

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

REINIGING EN DESINFECTIE
VERPAKKING ZIJN GEBRUIK: om Kreuzcontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Anweisung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones d'emploi.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones d'emploi.

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Antes de usar, le detalladamente las instrucciones d'emploi.

INDICAZIONI D'USO
Per controllare l'adattamento di

- Corone ; margini, superfici prossimali, superfici occlusali.
- Perni moncone ; adattamento dei perni.
- Postes prefabbricati ; ajuste del post.
- Inlays ; margini, superficie proximale.
- Protesi ; superfici delle mucose.

CONTRAINDICAZIONI
Evitare l'uso di questo prodotto su pazienti di cui siano note le allergie ai siliconi.

PRECAUZIONI
Quando si estrae FIT CHECKER ADVANCED è opportuno fare attenzione che il prodotto non venga a contatto o venga miscelato con i materiali indicati di seguito in quanto potrebbero ritardare o impedire la presa: catalizzatore per materiali per impronta a base di silicone a condensazione, materiali per impronte in polisolfuri, materiali contenenti eugenolo, zolfo, lattice, olio, acrilati, glicerolo, anestetico superficiale per uso topico tipo spray o liquido (ad esempio lidocaína).

ISTRUZIONI PER L'USO
MISCELAZIONE
TUBETTO

Elabore nella stessa misura base e catalizzatore sul blocchetto d'impasto (1cm per corona o inlay, 2-3 cm per protesi parziali, 3-4 cm per una protesi totale inferiore, 4-5 cm per una protesi totale superiore). Miscelare accuratamente per 20 secondi. Nota:

a. Per aumentare il tempo di lavoro aggiungere il ritardante prima della miscelazione, come indicato.

b. Mantenere il tubo premuto fino a quando si riavvita completamente il tappo per evitare l'ingresso di aria nel tubo che potrebbe causare un'incorporazione d'aria nel tubo qui potrebbe provocare una separazione solida/liquida.

c. Apres utilisation, rebouchez les tubes avec leur capuchon.

Numero di gocce di ritardante per 5 cm di base e catalizzatore	Tempo di lavoro	Tempo minimo di posa in bocca
0	1 min.	1 min.
3	1 min. 10 sec.	1 min.
5	1 min. 20 sec.	1 min.

A 23°C con umidità al 50%

Número de gotas de ritardante per 5 cm de base e catalizzatore	Tempo de trabalho	Tempo mínimo de posa na boca
0	1 min.	1 min.
3	1 min. 10 seg.	1 min.
5	1 min. 20 seg.	1 min.

A 23°C con umidità al 50%

CARGAMENTO DELLA CARTUCCIA ED EROGAZIONE

1. Sollevare la leva di rilascio del CARTRIDGE DISPENSER II e arretrare completamente lo stantuffo a pistone. Sollevare il portacartuccia dell'erogatore e caricare la cartuccia, accertandosi che la tacca a V posta sulla fiangia della cartuccia sia rivolta verso il basso.

2. Sollevare la leva di rilascio e spingere lo stantuffo a pistone fino a quando non aggancia la cartuccia.

3. Retire el cartucho de la cartucho y retire el embolo del pistón hacia atrás perfectamente.

4. Alineare la tacca a V posta sul bordo della PUNTA DI MISCELAZIONE II con la tacca a V posta tra i due serbatoi della PUNTA DI MISCELAZIONE II, ruotare il collare sulla punta di miscelazione, quindi ruotare il colletto colorato della punta di miscelazione di 1/4 di giro in senso orario fino a raggiungere l'estremità della cartuccia. A questo punto l'erogatore è pronto all'uso.

5. Premere la leva di rilascio e prelevare il materiale. Dopo l'uso non rimuovere la PUNTA DI MISCELAZIONE II in quanto fungerà da tappo per conservare il materiale fino all'uso successivo. Quando si deve sostituire la PUNTA DI MISCELAZIONE II, ruotare il collare sulla punta di miscelazione di 1/4

