



30000159 - NT4304
IFU GC Plier EEP

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

GC PLIERS

АКЛЕЩИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ПРОТЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Сваляне на циментирани временни протетични конструкции.
- За сваляне на всички видове протетични конструкции по време на акустиране.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

- СВАЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ**

- Използвайте GC PLIERS без гумените подложки.
- Хванете шиенчната област на короната с краищата на клещите.
- Завъртете короната последователно в мезиална и дистална посока.
- Свалете короната във вестибуло-лингвална посока.

- СВАЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ ПРОТЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА АЖУСТИРАНЕ**

- Използвайте GC PLIERS с гумовите подложки, поставени върху краищата на клещите.
- Поставете абразивен прах върху повърхността на подложките, за да подобрите захващането.
- Покрачуйте подобре с 1 б).

ПОЧИСТВАНЕ

Почистването на GC Pliers, изработени от неръждаема стомана, може да се извърши с изтриване с ръка, упраздувано почистване или термо-дезинфекция с некорозивен, неутрален почистващ препарат. За допълнителна информация се обрънете към инструкциите на съответния производител.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

GC Pliers могат да бъдат стерилизирани със следните методи: автоклав, хемиклав или сух стерилизатор.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на сухо място.

ОПАКОВКИ

- Introductory set: one pair of pliers, 50 rubber pads, 4 g emery powder
- 50 rubber pads
- 4 g emery powder

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe>

They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system:

vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last Revised: 03/2024

MANUFACTURED and DISTRIBUTED by

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240,
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN BELGIUM



PAP

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

BG

GC PLIERS

AKLEЩИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ПРОТЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Сваляне на циментирани временни протетични конструкции.
- За сваляне на всички видове протетични конструкции по време на акустиране.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

- СВАЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ**

- Използвайте GC PLIERS без гумените подложки.
- Хванете шиенчната област на короната с краищата на клещите.
- Завъртете короната последователно в мезиална и дистална посока.
- Свалете короната във вестибуло-лингвална посока.

- СВАЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ ПРОТЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА АЖУСТИРАНЕ**

- Използвайте GC PLIERS с гумовите подложки, поставени върху краищата на клещите.
- Поставете абразивен прах върху повърхността на подложките, за да подобрите захващането.
- Покрачуйте подобре с 1 б).

ПОЧИСТВАНЕ

Почистването на GC Pliers, изработени от неръждаема стомана, може да се извърши с изтриване с ръка, упраздувано почистване или термо-дезинфекция с некорозивен, неутрален почистващ препарат. За допълнителна информация се обрънете към инструкциите на съответния производител.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

GC Pliers могат да бъдат стерилизирани със следните методи: автоклав, хемиклав или сух стерилизатор.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на сухо място.

ОПАКОВКИ

- Introductory set: one pair of pliers, 50 rubber pads, 4 g emery powder
- 50 rubber pads
- 4 g emery powder

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <https://www.gc.dental/europe>

They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system:

vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last Revised: 03/2024

Последна редакция: 03/2024

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

CS

GC PLIERS

KLEŠTĚ NA SNÍMÁNÍ PROTETICKÝCH APARÁTŮ

Samo za stručnu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

- Skidanje cementiranih privremenih protetskih nadomjesta.
- Za skidanje svih vrsta protetskih nadomjesta po vremenu na akustiranju.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Snímání dočasných aparatů.
- Snímání všech druhů protetických aparatů během zkusebního nasazování.

NÁVOD K POUŽITÍ

- SNÍMÁNÍ DOČASNÝCH PROTETICKÝCH APARÁTŮ**

 - Použijte GC PLIERS bez gumových podložek.
 - Hrty kleště držat cervikální prostor krunice.
 - Krunici okretati alternativně u mezižalohu v distálnem smjeru.
 - Krunici skinuti u labiolingvalním smjeru.

- SNÍMÁNÍ FINÁLNÍHO PROTETICKÉHO APARÁTU BĚHEM ZKUSEBNÍHO NÁSADOVÁNÍ**

- Použijte GC PLIERS s gumovými podložkami, které nasunete na hrty kleště.
- Na povrchu jastučíka staví abrazivní prašek kako bi se poboljšao hvat.
- Nastaviti s točkem 1 b).

POČISTOVÁNÍ

GC Pliers, vyrobené z nerezové oceli, lze vyčistit ručně, ultrazvukem nebo termodezinfekcí, pomocí nekorodujícího, neutrálního čisticího prostředku. Další podrobnosti naleznete v příslušných pokynech v röbce.

STERILIZACE

GC Pliers lze běžně sterilizovat témito způsoby: autoklavem, chemickým autoklávem nebo suchým horkým vzduchem.

ČIŠTĚNÍ

GC Pliers, vyrobené z nerezové oceli, lze vyčistit ručně, ultrazvukem nebo termodezinfekcí, pomocí nekorodujícího, neutrálního čisticího prostředku. Další podrobnosti naleznete v příslušných pokynech v röbce.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě.

BALENÍ

- Úvodní sada: jeden pád kleští, 50 gumeni jastučíci, 4 g abrazivního vrah
- 50 gumeni podložky
- 3 g abrazivního vrah

Za Resumé nякои продукти, посочени в настоящия ИЗУ, могат да бъдат класифицирани като опасни според GHS. Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност, налични на: <https://www.gc.dental/europe>

Те могат да бъдат получени и от вашия доставчик.

Издаване на нежелани ефекти: Ако узваете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали по употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

както и на нашата система за вътрешна дителност: vigilance@gc.dental

В този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 03/2024

Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

HR

GC PLIERS

KLIJEŠTA ZA SKIDANJE PROTETSKIH NADOMJESTAKA

Samo za stručnu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE ZA UPORABU

- Skidanje cementiranih privremenih protetskih nadomjesta.
- Za skidanje svih vrsta protetskih nadomjesta po vremenu na akustiranju.

INDIKACE K POUŽITÍ

- Snímání dočasných aparatů.
- Snímání všech druhů protetických aparatů během zkusebního nasazování.

NÁVOD K POUŽITÍ

- SKIDANJE PRIVREMENIH PROTETSKIH NADOMJESTAKA**

 - Použijte GC PLIERS bez gumových podložek.
 - Hrty kleště držat cervikální prostor krunice.
 - Krunici okretati alternativně u mezižalohu v distálnem smjeru.
 - Krunici skinuti u labiolingvalním smjeru.

- SKIDANJE KONAČNIH PROTETSKIH NADOMJESTAKA**

- Gumové podložky staví abrazivním směrem korunku výměte.
- Na povrchu jastučíka staví abrazivní prašek.
- Nastaviti s točkem 1 b).

POČISTOVÁNÍ

GC Pliers, vyrobené z nerezové oceli, lze vyčistit ručně, ultrazvukem nebo termodezinfekcí, pomocí nekorodujícího, neutrálního čisticího prostředku. Další podrobnosti naleznete v příslušných pokynech v röbce.

STERILIZACE

GC Pliers lze běžně sterilizovat témito způsoby: autoklavem, chemickým autoklávem nebo suchým horkým vzduchem.

ČIŠT

GC PLIERS
KLEŠTE NA SNÍMANIE PROTETICKÝCH APARÁTOV

Na použitie len zubným lekárom v indikáciach na použitie.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

- Snímanie dočasných fixovaných protetických apparátov.
- Snímanie všetkých druhov protetických apparátov počas skúšobného nasadzovania.

NAVODILA ZA UPORABO

- SNÍMANIE DOČASNÝCH PROTETICKÝCH APARÁTOV**
 - Použite GC PLIERS bez gumových podložiek.
 - Hrotmi kliešť pridržte cervikálnu oblasť korunky.
 - Korunku striedavo otáčajte v meziálnom a distálnom smere.
 - Labiolingválnym smerom korunku vyberte.
- SNÍMANIE FINÁLNEHO PROTETICKÉHO APARÁTU POČAS SKÚŠOBNÉHO NASADZOVANIA - VANA**
 - Použite GC PLIERS s gumovými podložkami, ktoré nasuniete na hrotky kliešť.
 - Pre ľepšie zovretie naneste na povrch podložiek zdrsnujúci prášok.
 - Pokračujte ako je uvedené v 1 b).

ČISTENIE
GC Pliers, vyrobené z antikorovej ocele, možno vyčistiť ručne, ultrazvukom alebo termodezinfekfom - ciu, pomocou nekorodujúceho, neutrálneho čistiaceho prostriedku. Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušných pokynoch výrobcu.

STERILIZÁCIA
GC kliešte možno bežne sterilizovať následovnými spôsobmi: autoklávaním, chemiklávaním alebo suchým horúcim vzduchom.

SKLADOVANIE
Skladujte na suchom mieste.

- BALENIE**
- Úvodná súprava: jedny kliešte, 50 gumových podložiek, 4 g zdrsnujúceho prášku
 - 250 gumových podložiek
 - 3,4 g zdrsnujúceho prášku

Niekteré produkty uvedené v tomto návode na použitie môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na: <https://www.gc.dental/europe>
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Hlášenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámite ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadánim správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ak aj na našom vnútornom systéme bdelosti:
vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Zadnje izdanje: 03/2024

GC PLIERS
KLEŠTE ZA ODSTRANJEVANIE PREVLEK

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporečene indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABO

- Odstranjevanje cementiranih začasnich prevlek.
- Za skidanje različnih tipov protetičnih izdelkov v dobi preizkušanja.

NAVODILA ZA UPORABO

- ODSTRANJEVANJE ZAČASNÝCH PREVLEK**
 - GC PLIERS uporabljajte brez gumijastih blazinic.
 - S koncami kliešť pritrite prevleko v cervical nem delu.
 - Po želji zavrite prevleko v meziálni in distálni smeri.
 - Odstranite prevleko v labiolingvalni smeri.
- ODSTRANJEVANJE KONČNIH PROTETIČNIH IZDELKOV MED PREIZKUŠANJEM**
 - GC PLIERS uporabljajte z gumijastimi blazinicami, tako da jih namestite na konice kliešť.
 - Naneste korundov prah na površine blazinic, da izboljšate oprijem.
 - Nadaljujte z 1 b).

ČIŠČENJE

GC Pliers, ktoré sú narejene z nerjavečega jekla, ľahko čistíte z ročním drenážom, ultrazvukom čiščenjem ili termálnom dezinfekcijom pomocou nekorozívneho, neutralného detergenty. Čiščením alebo termodezinfekciónou sú výrobca. Naďaljna pojasnila sledite navodilom výrobcu.

STERILIZACIJA

GC Pliers sa môžu sterilizovať v autoklavu, keramiku alebo suho toplo.

SHRANJEVANJE

Shranjujte na suhem mestu.

PAKIRANJE

- Uvodni set: 1 kliešte, 50 gumijastich blazinic, 4g korundovega prahu
- 250 kosov gumijastich blazinic
- 3,4 g korundovego prahu

Nekateri izdelki, navedeni v teh navodilih za uporabo, so lahko po GHS opredeleni kot nevarni. Vedno preberite navodila za ohranjanje varnosti, ki so na voljo na: <https://www.gc.dental/europe>
Na voljo so tudi pri vašem dobavitelju.

Poročilo o neželenih učinkov:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prisko pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezni organ v vaši državi dostopni preko naslednjega povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora:
vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnje izdanje: 03/2024

GC PLIERS
KLJEŠTA ZA SKIDANJE PROTETSKIH NADOKNADA

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

- Skidanje cementiranih privremenih protetskih nadoknada.
- Za skidanje svih vrsta protetskih nadoknada tokom probnog postavljanja.

NAVODILA ZA UPOTREBU

- SKIDANJE PRIVREMENÝCH PROTETSKÝCH NADOKNADA**
 - GC PLIERS koristíte bez gumenih jastučíca.
 - Rovnou kliešť držte cervikalný prostor krunice.
 - C) Po želji zavrite prevleko v meziálni in distálni smeri.
 - Odstranite prevleko v labiolingvalnom smeri.
- OSKIDANIE STALNÝCH PROTETSKÝCH NADOKNADA TOKOM PROBNOG POSTAVLJANJA**
 - GC PLIERS koristíte s gumenim jastučícom pritiskajúcim jastučíce na vrhovinu kliešťa.
 - Naneste korundov prah na površinu jastučíca staviti abrazívny prah kako bi sa poboljšalo držanie.
 - Nadaljujte sa ďalekom 1 b).

ČIŠČENJE

Čiščenje GC Pliers izražených od nerjavečeg čelika može da se obavi ručnim tržanjem, ultrazvukom čiščenjem ili termálnom dezinfekcijom pomocou nekorozívneho, neutralného detergenty. Više detalja potraži u odgovarajućem uputstvu výrobcu.

STERILIZACIJA

GC Pliers mogu se rutinski sterilizovati sledećim metodama: u autoklavu, hemiklavu ili vrućim vazduhom.

ČUVANJE

Čuvati na suvom mestu.

PAKOVANJE

- Početno pakovanje: jedan par kliešťa, 50 gumenih jastučíca, 4 g abrazívneho prahu
- 250 kosov gumijastich blazinic
- 3,4 g korundovega prahu

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu sa Globalno usklađenim sistemom razvrstavanja i označavanje hemikalija (GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na: <https://www.gc.dental/europe>
Tež takoz možete dobiti od dobavljača.

Poročilo o neželenih učinkov:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prisko pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezni organ v vaši državi dostopni preko naslednjega povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora:
vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnje izdanje: 03/2024

GC PLIERS
ЩІПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках за показаннями до застосування.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Зняття зафікованих тимчасових ортопедич - них конструкцій.
- Для зняття ортопедичних конструкцій усіх типів під час пряміровання.

ВКАЗВІКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- ЗНЯТТЯ ТИМЧАСОВИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ**
 - Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.
 - Yerlesirme denemesi sırasında tüm protez aygit tiplerinin çıkarılmasında.

KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR

- Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.
- Yerlesirme denemesi sırasında tüm protez aygit tiplerinin çıkarılmasında.

KULLANIM TALİMATLARI

- GEÇİCİ PROTEZ AYGITLARIN ÇIKARILMASI İÇİN PENS**
 - Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.
 - Aşağıda belirtilen tekniklerden birini kullanın.
 - Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.
 - Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.

YERLEŞİRME DENEMESİ SIRASINDA SON PROTEZ**AYGITLARIN ÇIKARILMASI****PRİYAPKIYMA****2. GATAVO PROTÉŽU NOJEMŠANA****PIELAIKOŠANAS ETAPĀ**

- Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.
- Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.
- Gejci protez aygitlarini çıkarılmasında.

TİRLİANA

GC Pliers izgatavotav nojemšana tiraudu u to tirlisana var veikt manuāli ar birsti, ultraskanas vannai vai termodezinfekcijas ierīcē izmantojot koroziju neizraisošus, neutrālus tirlisanas līdzekļus. Papildus informācijai skatīt attiecīgo rāzotāju instrukcijas.

STERILİZACIJA

GC Pliers var sterilizēt sekojoši: autoklāvā, kīmiskājā autoklāvā vai karstā gaisa sterilizatorā.

STERILIZAVIMAS

GC Pliers galu būti sterilizojamos autoklavu ar sausus karšķi, kaip jprasta.

UZGLABĀŠANA

Glabāt sausā vietā.

LAIKYMAS

Laikykite sausoje vietoje.

IEPAKOJUMS

- Iepakotā kompleks: maigles, 50 gumijas spilventiņi, 4 g smrīgela pulvera poroška
- 50 gumeni jastuči
- 4 g abrazívneho prahu

PAKETLER

- Tanitim seti: bir çift pens, 50 lastik tampon, 4 g zimpara tozu
- 50 lastik tampon
- 4 g zimpara tozu

Dažus produktus, kas ir minēti pašreizējā lietošanas instrukcijā, saskaņā ar GHS (starptautiski saskaņoto standartu) var klasificēt kā bīstamus.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS galu būti klasifikuojami kaip pavojingos medžiagos. Visada susipažinkite su medžiagų charakteristikų duomenimis. Juos galite rasti: <https://www.gc.dental/europe>

Taši var sajēmt arī piegādātāja.

Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.

Nevelamu blakusefektu zinošanas sistēma: