

Prior to use, carefully read  
the instructions for use.

EN

Pred použitím si pečlivě pročtěte  
instrukcie k použití.

BG

Před použitím si pečlivě pročtěte  
návod k použití.

CS

Prije uporabe pažljivo pročitati  
návod za uporabu.

HR

Használálat előtt az olvassák  
el a figyelmesen!

HU

Przed użyciem przeczytaj uważnie  
instrukcję stosowania.

PL

Vнимательно прочтите инструкцию  
перед применением.

RU

## SOFT-LINER

SOFT RELINING MATERIAL FOR DENTURES

For use only by a dental professional in the recommended indications.

This product is a Type B (Extra soft), Class 1 (medium flow) material according to classification of ISO 10139-1. Chemical nature of system is plasticized acrylics.

INDICATIONS FOR USE  
Soft relining material for short-term use, including functional impression taking using existing removable dentures.

- Tissue conditioning
- Temporary relining
- Functional impression taking

CONTRAINDICATIONS  
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate polymer, ethanol or phthalic ester-based plasticizer.

### DIRECTIONS FOR USE

#### 1. PREPARATION

Check the patient's oral conditions and the denture in use. Adjust misfitting surfaces with a carbide bur, clean and dry. Apply COCOA BUTTER or petroleum jelly to the areas where the denture sits.

#### 2. POWDER/LIQUID DISPENSING

The standard powder/liquid ratio is 2.2 g/1.8 g. (first graduation on powder measure to 4 graduations of the liquid syringe). Note:

If necessary, consistency may be varied by changing powder/liquid ratio. Using less liquid will result in a shorter gel phase and a more viscous mixture. More liquid will result in a longer gel phase and a less viscous mixture.

#### 3. MIXING

Measure into the glass jar and mix for 30-60 seconds. The mixture is suitable to be applied on denture in 1-2 minutes after mixing and on the room temperature.

#### 4. APPLICATION

a) Apply the mixture evenly to the fitting surfaces of the prepared denture.

Note:

To avoid sticking of the material lubricate fingers or hands with water. Do not use lotion or petroleum jelly.

b) Seat the denture in the mouth. Ask the patient to gently bite in the centric occlusion and move the lips and mandibles to muscle train. After keeping the denture for about 5 minutes in this position, remove and inspect for excess and deficiencies.

c) Reapply the excess material to the denture if time is available that the denture base be soaked in cold water prior to work and the heating sharp instrument be used. Inspect for defect, apply a small amount of newely mixture to deficient area.

#### 5. REMOVAL

a) It is recommended to remove the material or replace it with a new one after a few days or weeks depending on each clinical case.

b) After tissue conditioning, temporary relining, and/or functional impression taking are finished, remove and replace soft relining material with denture base resin as usual manner.

#### STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool, dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F) away from direct sunlight and high temperature.

#### PACKAGES

1-1 package: 100 g powder, 100 g (97 mL) liquid, plus accessories.

#### CAUTION

1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near heat.

2. Avoid contact with eyes. In case of contact, immediately flush with water and seek medical attention.

3. Avoid direct contact of liquid, mixture on skin. In case of contact, wipe with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water.

4. If in contact with the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

5. Use in a well ventilated place.

6. Do not mix with other products.

7. Do not reuse bottles previously used.

8. Insert the denture to the reline areas with fingers under running water. The use of a brush may damage the reline areas. Care should be taken not to use denture cleaning agents for a prolonged period of time.

9. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.geurope.com>. They can also be obtained from your supplier.

(Well-known adverse event)

With the use of this material, sensitivity such as rubor, erosive inflammation, water blister, edema may occur.

#### CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERS. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects - Reporting:

If you become aware of any type of undesired effect, reaction or side effect associated with use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) as well as to our internal vigilance system: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental).

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 09/2022

## SOFT-LINER

MEK MATERIAŁ ZA RĘBARIERANIE NA PROTEZI

За употреба само от зъболекари според препоръчаните показания.

Този продукт е тип В (изключително тек), клас 1 (средна текучност) съгласно класификацията на ISO 10139-1. Химичната природа на системата е пластизиран акрил.

#### INDICATIONS FOR USE

Soft relining material for short-term use, including functional impression taking using existing removable dentures.

- Tissue conditioning

- Temporary relining

- Functional impression taking

#### CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate polymer, ethanol or phthalic ester-based plasticizer.

#### DIRECTIONS FOR USE

1. PREPARATION

Check the patient's oral conditions and the denture in use. Adjust misfitting surfaces with a carbide bur, clean and dry. Apply COCOA BUTTER or petroleum jelly to the areas where the denture sits.

#### 2. POWDER/LIQUID DISPENSING

The standard powder/liquid ratio is 2.2 g/1.8 g. (first graduation on powder measure to 4 graduations of the liquid syringe).

Note:

If necessary, consistency may be varied by changing powder/liquid ratio. Using less liquid will result in a shorter gel phase and a more viscous mixture. More liquid will result in a longer gel phase and a less viscous mixture.

#### 3. MIXING

Measure into the glass jar and mix for 30-60 seconds. The mixture is suitable to be applied on denture in 1-2 minutes after mixing and on the room temperature.

#### 4. APPLICATION

a) Apply the mixture evenly to the fitting surfaces of the prepared denture.

Note:

To avoid sticking of the material lubricate fingers or hands with water. Do not use lotion or petroleum jelly.

b) Seat the denture in the mouth. Ask the patient to gently bite in the centric occlusion and move the lips and mandibles to muscle train. After keeping the denture for about 5 minutes in this position, remove and inspect for excess and deficiencies.

c) Reapply the excess material to the denture if time is available that the denture base be soaked in cold water prior to work and the heating sharp instrument be used. Inspect for defect, apply a small amount of newely mixture to deficient area.

#### 5. REMOVAL

a) It is recommended to remove the material or replace it with a new one after a few days or weeks depending on each clinical case.

b) After tissue conditioning, temporary relining, and/or functional impression taking are finished, remove and replace soft relining material with denture base resin as usual manner.

#### STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool, dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F) away from direct sunlight and high temperature.

#### PACKAGES

1-1 package: 100 g powder, 100 g (97 mL) liquid, plus accessories.

#### CAUTION

1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near heat.

2. Avoid contact with eyes. In case of contact, immediately flush with water and seek medical attention.

3. Avoid direct contact of liquid, mixture on skin. In case of contact, wipe with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water.

4. If in contact with the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

5. Use in a well ventilated place.

6. Do not mix with other products.

7. Do not reuse bottles previously used.

8. Insert the denture to the reline areas with fingers under running water. The use of a brush may damage the reline areas. Care should be taken not to use denture cleaning agents for a prolonged period of time.

9. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.geurope.com>. They can also be obtained from your supplier.

(Well-known adverse event)

With the use of this material, sensitivity such as rubor, erosive inflammation, water blister, edema may occur.

#### CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERS.

Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects - Reporting:

If you become aware of any type of undesired effect, reaction or side effect associated with use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) as well as to our internal vigilance system: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental).

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 09/2022

The last edition of the document was published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

The document was last revised on 09/2022.

The document was last published on 09/2022.

The document was last updated on 09/2022.

Pred použitím si dokladne prečítajte návod na použitie. SK

Pred uporabo prevodivo preberite navodila za uporabo. SL

Pre upotrebe pažljivo prečitate uputstvo. SR

Prede zastoupenim uvažno прочтите инструкцию з використанням. UK

Kullanmadan once, talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

Pirms lietošanas rūglij izlaistiet lietošanas instrukciju. LV

Priēs predādami naudoti atdzīvi pērskaitītie instrukcijas. LT

Erne tote kasutamist lugeda hooikallit kasutamisjuhendit. ET

## SOFT-LINER

MÄKKÝ REBAZOVACÍ MATERIÁL NA PROTÉZY

Uročený výrobek na použitie v stomatologickej praxi v odporúčaných indikáciach.

Tento výrobok je materiál typu B (extra mäkký), 1. trieda (stredná zatekavosť) podľa klasifikácie ISO 10139-1. Čímeckou podstatou sú plastifikované akrylaty.

**INDIKÁCIE**

Mäkký rebazovací materiál pre krátkodobé použitiae, vrátane funkčného odťahania pomocou existujúcich smináteľných náhrad.

- Ošetroenie tkania
- Dôcasné rebazovanie
- Vytváranie funkčných odťačkov

**KONTRAINDIKÁCIE**

Vyhýbajte sa používaniu tohto produktu u pacientov s alergiou na metakrilátový polymér, etanol alebo plastifikátor na báze esteru kyseliny itálovej.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

1. PRÍPRAVA

Skontrolujte pacientov stav v ústach a používajte protézu. Obrúste ľalavou časť pomocou karbidovej frezy, očistite a vložte do výrobku. Uložte do výrobku MALDONIOM alebo vazelínu, ktorú nesiete rebazovať.

2. DÁVKOVANIE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardné razmerje med pharam a tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocinu). Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazo gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Odmerite a primenite na nášanenie na protézu 1 do 2 minuty po mešanju, odvysk od teploty prostora.

4. APLIKÁCIJA

a) Aplikujte zmies rovnomenne na površine pripravjene proteze.

b) Aby ste zabránili vysušeniu materiálu, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte krem ani vazelínu.

c) Nasadte protézu do úst. Požiadajte pacienta, aby jemne zahryzoval v centrálnej akcií a počinieb prier a čefust napol svaly. Zohľadnite protézu v telo pozicii 5 minút, potom ju vysušte až do sklopnosti prebytky a zvyškového materiálu.

d) Próbky odstráňte až po krátkom časovom odťačení. V tejto dobe sa odporúča, aby sa základna protézy pred úpravou námaloča do studenej vody a použiť sa zahriatie ostry nástrojom. Skontrolujte, či nie je povrch poškodený, podľa potreby naneste male mimožnosťovej nové zmesi a nedostatky.

5. ODSTRIŇOVANIE

a) Odstráňte materiál, pripadne ho nahradit novým sa odporúča o niekoľko dní až týždňov, v závislosti na konkrétnom klinickom prípade.

b) Po kondicionovaní (osťrení) tkaniva, dočasnom rebazovaní a / alebo funkčnom odťačaní sa dokončuje, odstráňte alebo nahradzovať mäkký rebazovací materiál obvykľým spôsobom.

**USKLADNENIE**

Pre optimálny výkon sa odporúča, skladovať na chladnom, tmavom mieste (4–25 °C) (39,2–77,0 °F) mimo prameňo slnečného svetla a vysoké teploty.

**BALENI**

Baleňe 1-1: 100 g prášku, 100 g (97 ml) tekutiny, plus príslušenstvo.

**UPOMINAVANIA**

1. Telenina je horľavá. Uchovávajte mimo dosahu príamych zdrojov zapálenia. Neprechovávajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa alebo vysokých teplôt.

2. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. V prípade kontaktu, okamžite umytej od vody a vyhľadajte odbornú pomoc.

3. Vyhýbajte sa kontaktu s kožou a očami. V prípade kontaktu s kožou, skontrolujte utratu a vložte do lehoty.

4. V zriedkavých prípadoch môže výrobok v niektorých ľudí spôsobiť citlivosť. Ak dođe k takomuto reakcijskmu, prestarňte sa až do výročia a vyhľadajte lekára.

5. Používajte v dobré výkonej prečistre.

6. Nemriešte s inými výrobkami.

7. Uzavorte fľastičku ihned po použití.

8. Použite pacienta, aby si odčíti rebazované oblasti prstami pod tečiúcou vodou. Použite kefky môže rebazované oblasti vzniesť pocit bolesti.

9. Vždy používajte osobné ochranné pomôcky (POP), ak sú rukavice, maska a šála.

Niektoj produktu uvedeného v tomto návode na použitie môžu byť podľa GHS klasifikované ako nebezpečné. Vždy sa oboznámte s kartou bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na: <http://bl.uk/cecporeurope.com>

Možnosť je tiež ziskat v Vášom dodávateľovi.

[Základné bezpečnostné údaje]

Pri použití tohto materiálu môžete dojst' k citlivosťi, ako je záčervenanie, erózny zápal, pluzierie, opuch.

**CÍSTEŇIE A DEZINFEKCIJA**

OPAKOVANE POUŽÍVANÉ DÁVKOVACIE PÓMÖCKY: aby sa zameňovali medzi pacientmi potrebujete tieto dávkovačky pomôcť a stretnieť odvečne dezinfekcie. Ihned po použití ich skontrolujte a označte v prípade pochybností. Ak boli poškodené, zlikvidujte ich.

Aby nedochádzalo k zaschávaniu a hromadeniu nečistôt dákvaciu pomôcku doklánajte výčistie. Dezinfikujte s registrovanými zdravotníckymi dezinfekčnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie podľa regionálnych / národných smerníc.

Hlásenie o nežiaducích účinkoch:

Če sú Váši výskytom akéhokoľvek nežiaduceho účinku, reakcie alebo povaha určená na prípadného tohto výrobku vzdialosť, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, označte ich priamo cez príslušnú vigilance systém, zadámim správnej autorite Vášej krajinu, na nasledujúcom linku:

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) ak aj na našom vnutornom systéme bielesti: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

Týmto spôsobom prisprieť k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Posledná oprava: 09/2022

## SOFT-LINER

MEHAK PODLOŽNÍ MATERIAL ZA PROTEZE

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporocene indikacie.

Ta idelek je glede na klasifikacijo po standuru ISO 10139-1 material tipa B (Extra Soft), razred 1 (Medium flow). Kemična narava sistema je mehčani akrylat.

**INDIKACIE ZA UPOTREBU**

Mehki akrylatni material za kratkočasno podlaganje zubnih protéz in jemanje funkčných odťov obstojacih smináteľných zubnich protéz.

- Kondicioniranie tkiv
- Začasne podlaganje
- Jemanje funkčných odťov

**KONTRAINDIKACIE**

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z alergijo na metakrilatin polimer, etanol ali plastifikator na bazi esteru kyseline italovej.

**NAVODLA ZA UPORABO**

1. PRIPRAVA

Preglejte pacientovo oralno stanje in preverite njegovo protézo. S karbidovim svrdom popravite področja neodgovarajočih prianjanja, očistite osušite. Mestna, kjer protéza ne bi smela biti vložena, je potreben KAKAO PUTER ili vazelín na podlagi vloženja protézy in začasne podlagi.

2. ODMERJAVANJE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardno razmerje med pharam in tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocino).

Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazo gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Odmerite in primenite na nášanenie na protézu 1 do 2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

4. NANOSENJE

a) Mešanico enakomerno nanesite na površino pripravljene proteze.

b) Pripravite zlepilino materijala, prate ali instrumente načinjenimi z metalikratim polimerom, etanol ali plastifikatorom na bazi esteru kyseline italovej.

c) Ako je potreben, konzistencija može variirati promenom razmere phra / tekocini. Če uporabite več tekocino, boste imeli daljšo fazo gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

5. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

6. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

7. KONTRAINDIKACIE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z alergijo na metakrilatin polimer, etanol ali plastifikator na bazi esteru kyseline italovej.

**NAVODLA ZA UPOTREBU**

1. PRIPRAVA

Preglejte pacientovo oralno stanje in preverite njegovo protézo. S karbidovim svrdom popravite področja neodgovarajočih prianjanja, očistite osušite. Mestna, kjer protéza ne bi smela biti vložena, je potreben KAKAO PUTER ili vazelín na podlagi vloženja protézy in začasne podlagi.

2. ODMERJAVANJE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardno razmerje med pharam in tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocino).

Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazo gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

4. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

5. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

6. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

7. KONTRAINDIKACIE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z alergijo na metakrilatin polimer, etanol ali plastifikator na bazi esteru kyseline italovej.

**NAVODLA ZA UPOTREBU**

1. PRIPRAVA

Preglejte pacientovo oralno stanje in preverite njegovo protézo. S karbidovim svrdom popravite področja neodgovarajočih prianjanja, očistite osušite. Mestna, kjer protéza ne bi smela biti vložena, je potreben KAKAO PUTER ili vazelín na podlagi vloženja protézy in začasne podlagi.

2. ODMERJAVANJE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardno razmerje med pharam in tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocino).

Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazo gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

4. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

5. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

6. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

7. KONTRAINDIKACIE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z alergijo na metakrilatin polimer, etanol ali plastifikator na bazi esteru kyseline italovej.

**NAVODLA ZA UPOTREBU**

1. PRIPRAVA

Preglejte pacientovo oralno stanje in preverite njegovo protézo. S karbidovim svrdom popravite področja neodgovarajočih prianjanja, očistite osušite. Mestna, kjer protéza ne bi smela biti vložena, je potreben KAKAO PUTER ili vazelín na podlagi vloženja protézy in začasne podlagi.

2. ODMERJAVANJE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardno razmerje med pharam in tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocino).

Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazu gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

4. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

5. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

6. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

7. KONTRAINDIKACIE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z alergijo na metakrilatin polimer, etanol ali plastifikator na bazi esteru kyseline italovej.

**NAVODLA ZA UPOTREBU**

1. PRIPRAVA

Preglejte pacientovo oralno stanje in preverite njegovo protézo. S karbidovim svrdom popravite področja neodgovarajočih prianjanja, očistite osušite. Mestna, kjer protéza ne bi smela biti vložena, je potreben KAKAO PUTER ili vazelín na podlagi vloženja protézy in začasne podlagi.

2. ODMERJAVANJE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardno razmerje med pharam in tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocino).

Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazu gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

4. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

5. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno posodico v 30–60 sekund mestajte. Mešanica je primenjena na protézu 1–2 minuti po mešanju, odvysk od teplotre prostora.

6. NANOSENJE

a) Mešanivo ravnomerno nanesite na površine za prijanje priravnene proteze.

b) Če bi izognili nepravilno materijalu, prate ali instrumentom načinjenim z visoko viskozno mešanico, izolujte si prsty alebo nástroje vodou. Nepoužívajte losiony ani vazelínu.

c) Nasadite protézu v nastroj, postopek je načinjen s KAKAO PUTER in vazelínom.

7. KONTRAINDIKACIE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z alergijo na metakrilatin polimer, etanol ali plastifikator na bazi esteru kyseline italovej.

**NAVODLA ZA UPOTREBU**

1. PRIPRAVA

Preglejte pacientovo oralno stanje in preverite njegovo protézo. S karbidovim svrdom popravite področja neodgovarajočih prianjanja, očistite osušite. Mestna, kjer protéza ne bi smela biti vložena, je potreben KAKAO PUTER ili vazelín na podlagi vloženja protézy in začasne podlagi.

2. ODMERJAVANJE PRASÁTKA / TEKUTINY

Standardno razmerje med pharam in tekodiňe je 2,2 g / 1,8 g (prva črtica merice za prahu in tekodiňe za tekocino).

Opomba: Ce je potrebujo, možno spremeniti konstante s poslednim razmerjem med pharamom in tekocinou. Če uporabite manjo tekocino, boste dosegli krajšo fazu gelu v holi viskozno mešanico. Vaša tehnika bude mať za následok zmenu zmesi.

3. MEŠANIE

Odmerejte a stekleno pos