

アレルギー既往歴確認のお願い



いつもジーシー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

ジーシーでは、歯科材料を安全にお使いいただくため、歯科材料を使用する前に、問診等で患者さんのアレルギー既往歴についてご確認いただくことをお願いしております。

使用上の注意に関する詳細は、製品の添付文書をご覧ください。

MIペースト

配合成分：牛乳由来成分（CPP-ACPのうち、カゼインホスホペプチド）、パラベン

詳細はこちら 【MIペーストをご使用の方々へ】

[MIペーストをご使用の方々へ | 株式会社ジーシー \(gc.dental\)](#)



フィットグローブL/R, ジーシーグローブII, ディスポーザブルグローブII

素材：ラテックス



製品	ティオン オフィス	ティオン ホーム プラチナ
配合成分	過酸化水素水, 過酸化尿素, グリコール, ビニルポリマー, 可視光応答型酸化チタン, エタノール, メタクリレート系樹脂	過酸化尿素, 多価アルコール, 粘度調整材, pH調整材, 水添スチレン・イソプレブロック共重合体

次の方々は使用しないでください。

詳細は添付文書をご覧ください。

- ・ 無カタラーゼ症の患者
- ・ 小児
- ・ 軽度でも気管支炎及び喘息の患者
- ・ 妊娠中, 授乳期の女性
- ・ 重度の歯肉炎や歯周炎を有する患者
- ・ 光線過敏症の患者

製品群	光重合型レジン系 ガラスイオノマー	光重合型 ボンディング剤	セラミック接着用 プライマー	光重合型コンポジット レジン
配合成分	メタクリレート系モノマー			
	メタクリレート系ポリマー			
	ポリアクリル酸	アセトン	エタノール	

金属製品（歯科鑄造用金銀パラジウム合金, 歯科用精密磁性アタッチメント等）

素材（次の成分）： ニッケル, コバルト, パラジウム, 銅, クロム, スズ, 白金, モリブデン, インジウム, 金, イリジウム, 亜鉛, 銀, アルミニウム, マンガン, 鉄, チタン ※製品毎に含有成分が異なり、添付文書に記載があります。上記のうち、亜鉛のお問い合わせが増えております。

※金属製品の他、亜鉛含有セメント、ガターパーチャポイント、テンポラリーパックなど

グルコラム（グルコース含有グミ）

関連製品：グルコセンサー GS-II N

配合成分：ゼラチン, グルコース

新人の方が入られた時など、スタッフの皆様への定期的なオリエンテーションをお願いいたします。



発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286