

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”玻璃銀合物黏合劑	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	--------------	------	------------

“而至”玻璃銀合物黏合劑

許可證：衛署醫器輸字第 012571 號

製造日期： 批號：

有效期限：如外包裝所示

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓

“而至”玻璃銀合物黏合劑 “GC” Miracle Mix Radiopaque Silver Alloy-Glass Ionomer Cement Restorative

衛署醫器輸字第 012571 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

產品敘述
本產品為不透光的銀合金玻璃離子水泥，主要用於牙
窩洞的復形充填與牙冠心的堆築等。

僅能由牙科醫師依建議的適應症使用。

建議之用途

1. 築冠心。
2. 乳齒的復形充填。
3. 必須利用射線不透性進行充填物診斷的情況。
4. 作為基底材或裡襯材之用。
5. 第 I 級、局限性第 II 級窩洞充填、暫時性充填等等。

本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照
原廠資料

包裝

A. Miracle Mix		
1	000239	混合裝，內附量匙；15 公克粉末，10 公克液體，瓶裝；17 公克合金，瓶裝
2	000121	15 公克粉末瓶裝，內附量匙
3	000122	10 公克液體瓶裝
	000123	合金 17 公克，瓶裝
4	000124	膠囊裝[50 顆]

製造廠名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory
製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-Cho,
Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核