

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”力貝龍假牙再襯底樹脂	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	----------------	------	------------

“而至”力貝龍假牙再襯底樹脂
“GC” REBARON Hard Relining Material

許可證：衛署醫器輸字第 012039 號

製造日期： 批號：

有效期限：如外包裝所示

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓

“而至”力貝龍假牙再襯底樹脂
“GC” REBARON Hard Relining Material

衛署醫器輸字第 012039 號

使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
 本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原
 廠資料

直接換牙基用自乾性壓克力

僅限牙科專業人員使用於建議的用途。

產品用途

用於壓克力義齒的換牙基（襯底）。

儲存

儲存於陰涼處，避免日光直射。
 （保存期限：3 年）

色調

No.3 - 粉紅

No.4 - 暗粉紅

No.8 - 鮮艷粉紅

粉紅 X

包裝

1. 100 公克粉末瓶。

2. 100 公克（104 毫升）液體瓶。

3. 1-1 包裝：100 公克粉末，100 公克（104 毫升）液體，
 外加附件。

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation Kachigawa
 Plant

製造廠地址：1-1-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi
 486-0945, Japan

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產
- 製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
 藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓